Č.j.: 35/25/2026-SŽ-CTD-ÚT
evidenční číslo: **140126**

SPRÁVA ŽELEZNIC

Správa železnic, státní organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
vystavuje

CERTIFIKÁT

způsobilosti kalibračního pracoviště

vydaný pro:

AŽD Praha s.r.o.
Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10
Kalibrační pracoviště Křižíkova 32, 612 00 Brno

Na základě kladného výsledku certifikačního auditu č. **140126** konaného dne **14. 1. 2026**, splňuje žadatel podmínky způsobilosti k provádění kalibrací měřidel pro tyto obory:

Elektrické veličiny

Jednotka AVR 3:

— Měření ss a stř. napětí 0 – 270 V

Jednotky DMS-U, DMS-U2, DMS-EP, DMS-EP120, DMS-HIS, DMS-HIS120:

— Měření ss a stř. napětí 0 – 300 V
— Měření činného příkonu 0 - 1000 W
— Měření izolačního odporu 0 – 20 MΩ

Audit byl proveden v souladu s ustanovením Přílohy č.3 Metrologického řádu státní organizace Správa železnic ve znění změny č.1 a normou ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 – Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří.

Platnost certifikátu do **21. 1. 2029**

Praha, 15. ledna 2026

Ing. Vladimír Říha
15.01.2026 11:11
Podepsáno elektronicky

Ing. Vladimír Říha
ředitel CTD

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 6246417

Původní datový formát: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document

UUID původní komponenty: efcb44c0-f7d4-4162-9ac4-0c5f016b948e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Radka FILADELFIOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.01.2026 10:24:24

Hash komponenty: e2276f1d96efac26efd55662a6f089ace77ed8570624e5cf68617dbfade3646a

Hashovací funkce: sha256Hex

