



Správa železnic, státní organizace  
Centrum telematiky a diagnostiky  
vystavuje

# CERTIFIKÁT

## způsobilosti kalibračního pracoviště

vydaný pro:

**AŽD Praha s.r.o.**  
Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10  
Kalibrační pracoviště Křížíkova 32, 612 00 Brno

Na základě kladného výsledku certifikačního auditu č. **070323**, konaného dne **7. 3. 2023**, splňuje žadatel podmínky způsobilosti k provádění kalibrací měřidel pro tyto obory:

### Elektrické veličiny

#### Jednotka AVR 3:

– Měření ss a stř. napětí 0 – 270 V


#### Jednotky DMS-U, DMS-U2, DMS-EP, DMS-EP120, DMS-HIS, DMS-HIS120:

- Měření ss a stř. napětí 0 – 300 V
- Měření činného příkonu 0 - 1000 W
- Měření izolačního odporu 0 – 20 MΩ

Audit byl proveden v souladu s ustanovením Přílohy č.3 Metrologického řádu státní organizace Správa železnic ve znění změny č.1 a normou ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 – Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří.

Platnost certifikátu do **27. 1. 2026**

Praha, 8. března 2023



Ing. Martin Táborský  
ředitel CTD